


Semaglutide 4mg Pen (Ozempic)

胰妥讚注射劑

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)



檢查排空

- 第一次使用**新**的注射筆之前，務必確認針尖看到一滴胰妥讚，這樣才表示空氣確實排空。
- 如果沒有出現藥劑，即使劑量計數器可以轉動，也無法注射藥物，可能表示針頭阻塞或受損。



設定劑量

- 務必使用劑量計數器和劑量指示線，在注射藥物之前確認您選定的劑量數目。
- **請勿計算「喀嚓聲」次數。**劑量計數器的選定劑量必準確對齊指示線，才能確保劑量正確。



1


T-C-0210-ED-111-04



Semaglutide 4mg Pen (Ozempic)

胰妥讚注射劑

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)



進行注射

- 依照醫師或護理師示範，將針尖刺入皮膚。
- **要能夠看到劑量計數器**，不要用手指遮住，否則可能會干擾注射過程。



進行注射

- **按住給藥按鈕**，直到劑量計數器顯示**0**，**0**必須對齊指示線，可能聽到「喀嚓聲」。



進行注射

- **針尖不要拔出**，等劑量計數器回到**0**，然後**慢慢數到6**。以確保劑量完整注入。
- 如果太早將針尖拔出，可能看到溶液從針尖流出，表示沒有注射完整的劑量。



Semaglutide 4mg Pen (Ozempic)

胰妥讚注射劑


製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)



如何查看剩下多少藥量

- 使用劑量計數器：轉動劑量設定扭，直到劑量計數器停住不動。
- 如果顯示 0.5，表示注射筆中剩下至少 0.5 毫克。
- 如果劑量計數器在顯示 0.5 毫克之前停住，表示剩下的溶液不足 0.5 毫克的完整劑量。

7



注射部位

- 應皮下注射到腹部、大腿或上臂。
- 可以改變注射部位，不需調整劑量。

參考資料：2018 臺灣胰島素注射指引 中華民國糖尿病衛教學會



3

T-C-0210-ED-111-04

